



お客様各位

2024年6月
カールツァイスメディテック株式会社

眼撮影装置 シラスHD-OCT plus（第一世代*） 修理部品製造終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。


平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社眼撮影装置シラスHD-OCT plus（認証番号：224AHBZX00038000）におきまして、2024年7月末日をもって製造元からの修理部品供給が全面的に終了することになりましたのでここにお知らせ申し上げます。

* シラスHD-OCT plus 第一世代

下記より小さい製造番号が第一世代となります

モデル	製造番号
5000	5000-4994
500	500-21527



製造番号は、CIRRUSアプリケーションのメニューバーから[Help]-[About]の操作によりご確認ができます。

修理部品供給終了後も、可能な限りの点検は引き続き対応させていただきますが、今後は徐々に修理対応が困難にならざるを得ず、故障箇所によりましては修理不可能となる場合がありますことを何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

長きにわたる眼撮影装置シラス HD-OCT plusのご愛顧に感謝申し上げますとともに、今後もよりよいサービスと製品のご提供を心掛ける所存でございますので、今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具